



## Röntgenpulverdiffraktometer (XRD)



1: Rigaku Miniflex II (2x)

- Zur kristallographischen Analyse und Phasenzusammensetzung von Pulverproben.
- Strahlungsquelle: Kupfertarget -> Cu  $K_{\alpha}$  (0,154 nm)